

## COMUNICADO TÉCNICO – USO DE TUBOS DE VIDRO NA COLETA DE SANGUE

Prezados(as),

Visando à segurança dos profissionais e à conformidade com as normas de biossegurança, informamos que **não deve ser utilizado tubo de vidro para coleta de sangue** na rotina dos serviços de saúde, especialmente quando houver alternativa mais segura disponível, como os tubos plásticos descartáveis.

A **NR-32** determina a eliminação de riscos ocupacionais evitáveis, priorizando materiais que reduzam a exposição a perfurocortantes. O Manual da ANVISA para Transporte de Material Biológico Humano (2015) recomenda o uso de recipientes plásticos, tratando o vidro como exceção. Além disso, a RDC 222/2018 classifica o vidro contaminado como resíduo perfurocortante, aumentando o risco ocupacional.

Dessa forma, fica orientada a adoção exclusiva de tubos plásticos descartáveis para coleta de sangue. Caso sejam recebidos coletas em tubos de vidro, os mesmos serão recusados.

Atenciosamente,



Responsável Técnico(a) – CRF/MS 2352  
Instituição: IPED/APAE

Jan./2026